



ANALI - 095

Laboratório Analítico Habilitado pela ANVISA

Veja o escopo no site da ANVISA:
http://www.anvisa.gov.br/reblas/bio/anal/analitico_095.htm**RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 100960/2020A**
ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS**Teste de Eficiência da Filtração Bacteriana "BFE- 15052- Máscaras Cirúrgicas"**

| | |
|---|--|
| São Paulo, 28 de Setembro de 2020. | |
| SP Odonto Distribuidora de Produtos Odontológicos - EIRELI | Rodovia Br 153 - SN - Km 103 - Água de Limeira |
| Solicitante: José Esequiel Faria | CEP: 84.900 - 000 - Ibaiti/ PR |

| | |
|---|---|
| Material: Máscara Descartável SP Odonto | |
| Data de entrada: 21/09/2020 | Hora de entrada: 11:00 |
| Embalagem: Saco Plástico | Condições de transporte: Temperatura ambiente |


Descrição da amostra:

| | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------------|
| Marca: SP Produtos para Saúde | | |
| Lote: M001/2020 - M002/2020 - M003/2020 | | |
| Composição: 1º Camada Não Tecido 100% Polipropileno - 2º Camada Filtro de Retenção Bacteriana Meltblow - 3º Camada Não Tecido 100% Polipropileno | | |
| Gramatura: 20g/m ² - 20g/m ² - 20g/m ² | | |
| Quantidade de Camadas: 3 Camadas | | |
| Cor: Branca | | |
| Tamanho: 175mm x 100mm | | |
| Fabricante: SP Odonto Distribuidora de Produtos Odontológicos - Eireli | | |
| Nº do Produto: 01 | Data de Fabricação: Setembro/2020 | Data de Validade: Setembro/2025 |

Micro-organismo utilizado: *Staphylococcus aureus* ATCC 6538**Resultado:** A amostra apresentou 97,61% de eficiência de filtração bacteriana.**Requisito de aprovação segundo NBR 15052:2004**

| | |
|-----------------|-----------|
| BFE% \geq 95% | Aprovada |
| BFE% <95% | Reprovada |

Metodologia: ABNT NBR 15052: 2004 Anexo B Artigos de não tecido de uso Odonto-médico-hospitalar - Máscaras Cirúrgicas - Requisitos**Observação:** Este ensaio tem seu valor restrito somente à(s) amostra(s) entregue(s) a CONTROLBIO. O presente documento de resultado(s) de ensaio(s), foi emitido em uma via original, respondendo o Laboratório, apenas pela veracidade desta via.

| | |
|--|--|
| Diretora Técnica  CRBio.: 18.098-01 | Gerente de Laboratório  Paula de Maio Trezza CRBio.: 4B.933/01-D |
|--|--|

Controlbio Assessoria Técnica Microbiológica S/S Ltda.

Rua Comendador Elias Assi, 645 - Caxingui - CEP 05516-000 - São Paulo - SP

Laboratório de Ensaio acreditado pela CGCRE de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob número CRL 0545, escopo disponível em: <http://www.inmetro.gov.br/laboratorios/rble/docs/CRL0545.pdf>Visualize os ensaios habilitados na ANVISA/REBLAS em www.controlbio.com.br.